2012年7月2日作成（第1版）

ストリームガード・ラウンド（1301）取扱説明書

本品は気管内挿管時の気管チューブと併用するディスポーザブル・バイトブロックです。

使用方法

1

予め気管チューブに本体を装着します。
（気管内挿管後に装着することも可能です）

2

インフレーションラインを挟まない位置に本体をセットします。

3

気管チューブを挿管し、本体が適切な位置になるよう調整します。

4

本体を気管チューブに固定します。
セーフティーフックにテープを引っ掛けて固定することによりさらに確実に固定できます。
固定後、施設のプロトコールに従って気管チューブを患者様へ固定してください。

※本体装着時はインフレーションラインを傷つけないよう注意してください。　本体装着後、気管チューブの機能に問題ないことを確認、観察してください。

使用上の注意・警告

- 本品は一人患者用です。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品であり生命維持を目的とした製品ではありません。
- 本品は医療機器との併用による補助的な製品でありチューブ固定、チューブ保護の確実性を保証するものではありません。
- 本品はカフ上部吸引ライン付き気管チューブへの使用は推奨いたしません。
- 咬合等により本体の内径が小さくなる場合、気管チューブの機能を低下させる場合があります。
- 専門の医師がご使用ください。
- 異常が早期に発見できるよう常に監視してください。
- 本体に損傷や変形等異常が認められる場合は直ちに新しいものと交換してください。
- パッケージや本体に破れ、破損等異常が認められる場合には使用しないでください。
- 挿管および患者様への固定に関しては施設のプロトコールに従ってください。
- 雑菌の増殖が考えられますので院内の手順に従って定期的に交換してください。



ストリームガード・ラウンド　（1301）
仕様：外挿式バイトブロック（円形断面）／未滅菌
材質：ポリプロピレン
適合サイズ：気管チューブID＝7.0〜8.5
JAN: 4580320710071
製造国：　日本

製造販売元：　株式会社キュアケア　Tel: 072-741-7755　　E-mail: info@curecare.co.jp